

## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# KUGEL NSP-RW-2300 omare za mokri arhiv

KU-



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

## 1 Uporaba – namembnost

Omara za mokri arhiv je namenjena le za shranjevanje vzorcev tkiv in drugih podobnih nesanitarnih substanc.

## 2 Vzdrževanje

Nujno potrebno je redno čiščenje.  
Periodično mora biti preverjen tudi izpušni sistem.

## 3 Dimenzije NSP-RW modelov

<b>Model</b>	<b>š / d / v</b>	<b>Volumen zraka</b>
NSP-RW-1500	1500X750X1950 mm	250 m <sup>3</sup>
NSP-RW-2300	2300X750X1950 mm	350 m <sup>3</sup>



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISIA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**